

Suoradigitaalisen natiivikuvauslaitteiston hankinta

1707/10/2018

Kunnanhallitus § 53

Ranuan kunta on julkaissut tarjouspyynnön suoradigitaalisen natiivikuvauslaitteiston hankinnasta julkisten hankintojen ilmoituskanava Hilmassa 23.1.2018.

Tarjouspyynnön kohteena on ollut Ranuan kunnan hyvinvointikeskukseen hankittavasta suoradigitaalisesta natiivikuvauslaitteistosta siten, että tarjous pyydetään kahdesta vaihtoehdoisesta hankinnasta: A) Kahden detektorin laitteisto, johon sisältyy bucky-pöydän langaton ja thorax-telineen kiinteä detektori ja B) Yhden detektorin laitteisto, johon sisältyy 1 langaton detektori.

Tarjouspyynnössä on ilmoitettu, että tilaaja valitsee vaihtoehdon A. Mikäli vaihtoehto A) on kuitenkin kokonaishinnaltaan yli 195.000 euroa asennuksineen (alv 0 %), tilaaja valitsee vaihtoehdon B). Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehdot hyväksytään vain edellä kuvatulla tavalla. Uusi Laitteisto asennetaan uuden hyvinvointikeskuksen poliklinikalla sijaitsevaan röntgenhuoneeseen. Uuden hyvinvointikeskuksen arvioitu valmistumisajankohta on 12/2018. Tarjoaja tekee asennukset valmiisiin huonetiloihin.

Tarjous on tullut jättää hankintayksikölle sähköpostitse viimeistään 19.2.2018 kello 15.00 osoitteeseen kirjaamo@ranua.fi.

Määräaikaan mennessä tarjouksen jättivät: Carestream Health Finland Oy, LifeMed Oy, OneMed Oy, Philips Oy ja Siemens Healthcare Oy.

LifeMed Oy ja OneMed Oy tarjoukset eivät täyttäneet kaikkia tarjouksen edellyttämiä pakottavia vaatimuksia. Mm. pakottava vaatimus: Lattiakiinnitteinen nosturimootorilla varustettu elevator -pöytä, joka laskeutuu vähintään 52 cm korkeuteen, ei toteutunut LifeMed Oy:n OneMed Oy:n tarjouksissa, jonka vuoksi tarjoukset on hylättävä. Muut tarjoajat täyttivät kaikki pakottavat vaatimukset.

Edullisimman tarjouksen on tehnyt Philips Oy kokonaishintaan 178.208 euroa (alv 0 %).

Hankinnassa noudatetaan kansallisia hankintoja koskevia hankintalain 11 luvun määräyksiä. Hankintamenettelynä on avoin menettely. Hankinta on EU-kynnysarvon alittava hankinta.

Tilaaja voi keskeyttää hankintamenettelyn osittain tai kokonaan todellisesta ja perustellusta syystä (hankintalaki 125 §).

Tarjouksen tekemisestä, esittelystä tai muusta menettelyyn osallistumisesta ei

makseta tarjoajille korvausta.Hankintapäätöksestä ilmoitetaan hankintalain mukaisesti sähköisesti tarjoajan ilmoittamaan osoitteeseen.

Tarjouspyyntöasiakirjat ja tarjous ovat nähtävänä kokouksessa. Tarjous ja tarjouksen liitteet sisältävät liike- ja ammattisalaisuuksia (laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 24 § kohta 20).

Päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää hylätä LifeMed Oy ja OneMed Oy tarjoukset tarjouspyynnön vastaisina, koska ne eivät täyttäneet kaikkia tarjouspyynnön edellyttämiä pakottavia vaatimuksia. Mm. pakottava vaatimus: lattiakiinnitteinen nosturimoottorilla varustettu elevator -pöytä, joka laskeutuu vähintään 52 cm korkeuteen, ei toteutunut LifeMed Oy:n ja OneMed Oy:n tarjouksissa.

Kunnanhallitus päättää hyväksyä Philips Oy:n tekemän tarjouksen kokonaishintaan 178.208 euroa (alv 0 %).

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoja asiasta antaa:
johtava lääkäri Timo Peisa
puh. (016) 355 9400, etunimi.sukunimi@ranua.fi